

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 406/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-3408

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
(Guide Wire)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้นำอุปกรณ์สอดในหลอดเลือดไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยโรค หรือทำรังสีร่วมรักษา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเส้นลวดขนาดเล็ก มีความแข็งแรง สามารถส่งหรือสอดผ่านได้ดี

1.3.2 ส่วนปลายมีลักษณะเรียวเล็ก และมีความอ่อนตัว

1.3.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด ตั้งแต่ 0.008 – 0.038 นิ้ว จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 ความยาว ตั้งแต่ 60 – 400 ซม. จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.5 ส่วนปลายเป็นรูปตัว J หรือหักมุมหรือตรงชนิดดัดได้ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.6 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สามารถใช้งานได้ทันที บรรจุ
ของละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ..... โสิต สอ นาสิก แพทย์ รพ.อ.ป.ร.

(อนุชิต รวมธารทอง) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

8 ก.ย 2554

