

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 566/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1619

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว  
(Swan Ganz Bipolar Pacing Catheter)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายเครื่องช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจชนิดชั่วคราว ที่บริเวณกล้ามเนื้อภายในหัวใจห้องล่างขวา (temporary right endocardiac pacing)

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวสายทำจาก PVC ชนิด medical grade มีขีดยึดความยาวจากปลายสายอยู่บนตัวสายกระตุ้นและมี balloon ที่ทำจาก latex อยู่ระหว่าง distal electrode และ proximal electrode ซึ่งอยู่บริเวณปลายของสายกระตุ้น

1.2.2 ส่วนต้นของสายกระตุ้นมี balloon inflation gate valve ใช้สำหรับต่อกับกระบอกฉีดขนาด 1.5 ml เพื่อ inflate balloon และมี electrode connector สำหรับต่อกับเครื่องกระตุ้น ซึ่งมีอยู่ 2 ขั้ว คือ ขั้วบวกและขั้วลบ

1.2.3 ตัวสายมีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บรรจุซองละ 1 ชุด

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

(ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

(ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อูบล อรรถาวิรุ

(อูบล อรรถาวิรุ )

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/109 ลง 17 ก.พ.49