

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 841/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1891

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดยางรัดเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหาร (Variceal Band)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับรัดเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหาร โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ประกอบด้วย

1.2.1 ligator handle คือ ตัวแกนหมุนเมื่อเอาเชือกมาพันแกน ให้เชือกเคลื่อนที่ปล่อยยาง ส่วนนี้ใช้ส่วนแหลมสอดเข้าไปในช่องตัดชิ้นเนื้อของกล้องส่องตรวจหลอดอาหาร

1.2.2 loading catheter เป็นสายที่ใช้ร่วมกับ ligator handle

1.2.3 ตัวปล่อยยาง (recessed band and trigger card) เป็นท่อทรงกระบอกใส ยาว ประมาณ 2 ซม. และมีเชือกร้อยผ่านส่วนกลางและด้านข้างและสวมยางรัดอีกทีหนึ่งแบบเส้นต่อเส้น ส่วนนี้สามารถต่อจากกล้องส่องทางเดินอาหาร

1.2.4 ยางรัดทำมาจากยางปลอดจากสารลาเท็กซ์ (latex free) และยางรัดหล่อแบบเส้นต่อเส้น เพื่อประสิทธิภาพในการรัดและปล่อยยาง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ชุดยางรัดเส้นเลือดดำ ประกอบด้วย

1.3.1 ยางรัดเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหาร โดยมีตัวควบคุมที่มีเชือกเป็นตัวบังคับในปล่อยยางรัดเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร

1.3.2 บรรจุในห่อมีตั้งแต่ 4 เส้น หรือมากกว่า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนิรันดร์

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วานิช ปิยนิรันดร์)