

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 418/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-255-4150

สิ่งอุปกรณ์ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Double Lumen Catheter for Hemodialysis)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สวนทางเข้าหลอดเลือดใหญ่ของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเส้นเลือดชั่วคราว สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนท่อสวนทางเข้าหลอดเลือดมีความยาวตั้งแต่ 12 ซม.ขึ้นไป และขนาดตั้งแต่ 10 เฟรนช์ (Fr.) ขึ้นไป ความยาวและขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.2 ปลายสายสวนที่ใช้ต่อกับสายส่งเลือด มีจำนวน 2-3 สาย มีลักษณะเป็นท่อตรงหรือท่อโค้ง และมีตัวหนีบท่อ (clamp) แต่ละเส้น เพื่อปิดหรือเปิดการไหลของเลือด

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายสวนพลาสติกอ่อน ลักษณะเป็นท่อชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน ปลายด้านหนึ่งเป็นส่วนทางเข้าหลอดเลือด อีกด้านหนึ่งแยกเป็น 2 หรือ 3 สาย ปลายสายมีข้อต่อมีฝาจุปิดและเปิดได้ สำหรับต่อกับสายส่งเลือด

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 หีบห่อมีข้อความระบุว่าทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ไชยา สุขขา
(ไชยา สุขขา)

นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

17 มิ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/556 ลง 20 มิ.ย.48