

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 167/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - M - 60 - S - 0118

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แลบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

หน่วยนับ ชิ้น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดน้ำตาล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้ปฏิกิริยา Glucose Dehydrogenase Enzyme

1.2.2 ไม่มี Oxygen Interference ทำให้สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยที่ได้รับ Oxygen ได้

1.2.3 สามารถใช้ Whole Blood จากปลายนิ้ว (Capillary Blood), เส้นเลือดดำ (Venous Blood), เส้นเลือดแดง (Arterial Blood) และเลือดจากเด็กทารก (Neonate) ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้

1.2.4 ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจวัดระดับน้ำตาลไม่เกิน 0.6 ไมโครลิตร

1.2.5 ตรวจวัดระดับน้ำตาลได้ในช่วง 10-600 mg/dl

1.2.6 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 32 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นแลบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลที่หน่วยมีใช้งานอยู่

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...


19 มิ.ย. 2560


พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ

แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..........พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิฐภา รัตนพิทยานุกุล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..738... ลง 19 มิ.ย. 60