

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 238/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5094

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายได้
(Braided Synthetic Absorbable Suture)

หน่วยนับ ชอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการเย็บแผล หรือการผูกมัดเส้นเลือด (approximation and for ligation) ในงานศัลยกรรมทุกประเภทที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของ glycolide หรือ glycolic acid

1.2.2 มีสารเคลือบผิว suture ด้วย polycaprolate

1.2.3 ละลายได้ (absorbable)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.2 บรรจุในชอง

1.3.3 ขนาดและความยาว ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์)

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46