

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 289/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1341

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงชนิดของผู้ใหญ่
(Adult Hemoconcentrator or Hemofilter)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่แยกน้ำและของเสียออกจากเลือดในระหว่างผ่าตัดหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวแผ่นกรองของเสียออกจากเลือด (Fiber Material) มีพื้นที่ผิวประมาณ 1.0-1.5 ตารางเมตร

1.2.2 มี Priming volume 70-75 ml

1.2.3 แผ่นกรองมี Maximum Transmembrane Pressure 500-600 mmHg

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เปลือกนอกเป็นวัสดุแข็งใส ภายในมีแผ่นกรองเลือด

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุใน 1 ชุด ต่อ 1 ซอง และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะดอลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรณัฏร์ ศิลารัตน์

ศัลยแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ชีรณัฏร์ ศิลารัตน์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1024 ลง 14 พ.ย.48

10 พ.ย.2548