

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 315/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

6640-XX-256-3017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่องชนิด 10 การทดสอบ  
(Ten-patch test strip )

หน่วยนับ

แถบ, ขวด

.....

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะชนิด 10 การทดสอบ

1.1.2 มีแถบสำหรับดัดสีของปัสสาวะที่เข้มเกินไป ( Compensate Pad )

1.1.3 บรรจุในภาชนะหรือขวดมีสารดูดความชื้นมีฝาปิดสนิท

1.1.4 สามารถอ่านผลสารเคมีได้ 10 การทดสอบ ดังนี้

- Specific gravity

- pH

- Leukocytes

- Nitrite

- Proteins

- Glucose

- Ketones

- Urobilinogen

- Bilirubin

- Blood

1.1.5 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้จุ่มในปัสสาวะเพื่อทดสอบสารเคมี การทดสอบสามารถอ่านผล  
ได้ด้วยเครื่องอ่านแถบทดสอบอัตโนมัติ Miditron M, Miditron Junior, Miditron Junior II หรือ Urilux  
ที่หน่วยมีใช้อยู่

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค --

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสลากระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

/คณะกรรมการ.....

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร. รพ.ร.ร.6/กรรมการ  
(อุไรวรรณ แก้วบวร )  
16/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/286 ลง 22 พ.ค.43