

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 147/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2943

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ครอบปากมดลูก (Pessary Rings)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ครอบปากมดลูกในผู้ป่วยที่มีภาวะปากมดลูกหย่อนยาน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากซิลิโคน หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับครอบปากมดลูก มีลักษณะคล้ายห่วงยาง

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจริญทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข

หน.ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ร.6

(ศิริวรรณ มั่นสุข)

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออมนัดให้ใช้
ตามอุนัด จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/985 ลง 19 พ.ย.52

19 พ.ย.2552