

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 489/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์6640-XX-256-3086

ชื่อสิ่งอุปกรณ์หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว อีดีทีเอ

หน่วยนับหลอด

ขนาดต่าง ๆ (EDTA tube)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกใส ปลอดเชื้อ มี K₃EDTA หรือ K₂EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งตัว
- 1.1.2 มี 3 ขนาด ให้เลือกตามความต้องการจัดหาแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1.2.1 ขนาด 13 x 75 mm. มีปริมาตรบรรจุให้เลือกคือ 2 หรือ 3 หรือ 5 ml.

1.1.2.2 ขนาด 13 x 100 mm. มีปริมาตรบรรจุ อย่างน้อย 6 ml.

1.1.2.3 ขนาด 16 x 100 mm. มีปริมาตรบรรจุ อย่างน้อย 9 ml.
- 1.1.3 จุกปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก, ชั้นในเป็นยาง สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือด
- ขณะเปิด – ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ
- 1.1.4 มีสลากติดข้างหลอดสำหรับเขียนข้อมูลต่าง ๆ ได้
- 1.1.5 ข้างหลอดระบุ lot. No., cat. No. และวันหมดอายุ
- 1.1.6 จุกปิดสีม่วง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้เก็บเลือดขณะเจาะเลือดผู้ป่วย โดยใช้คู่กับเข็มชนิด 2 ปลาย
- 1.2.2 การบรรจุเลือดเป็นระบบสุญญากาศ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กก.พบ./ประธานกรรมการ

(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ

(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร.รพ.ร.ร.6/กรรมการ

(อุไรวรรณ แก้วบวร)

31/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กก.พบ.

ที่ กท 0446.13/316 ลง 31 พ.ค.43