

## คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.ที่ 130/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3813

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยุงข้อนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้ว

หน่วยนับ ชิ้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับสวมรัดเพื่อพยุงข้อนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับบาดเจ็บ อ่อนแรงหรือหลังการผ่าตัด เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวและช่วยลดอาการบวม

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ทำจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่น สามารถยึดและหดกลับได้โดยไม่เสียโครงร่าง

1.2.2 สามารถนำไปทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1.2.3 ด้านข้างมีช่องสำหรับใส่แกนคู่ ซึ่งทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงไม่หักงอได้ง่าย เพื่อพยุงส่วนของหัวแม่มือให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และสามารถถอดแกนออกได้

1.2.4 มีแถบสำหรับยึดติด (Velcro) อย่างน้อย 3 จุด เพื่อสามารถปรับความกระชับได้ ช่วยเพิ่มแรงพยุงในขณะสวมใส่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์พยุงข้อนิ้วหัวแม่มือ มีลักษณะเป็นปลอกสวม มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้อย่างน้อย 2 ขนาด

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 ขนาดของอุปกรณ์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคร์เต้ต้าล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรรุ่งดี )

พ.ท..... ศัลยแพทย์โรคกระดูก.รพ.รร.6

( นุสรณ์ ไชยพรหม ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ดูแลลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กห 0446.13/... 200... ลง 14.7.56

10 ม.ค. 2556