

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 748/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1800

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ห่วงลวดตัดติ่งเนื้อ (polypectomy Snare)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดติ่งเนื้อ (polyp) โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (endoscope) และเครื่องมือ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ห่วงลวดตัดติ่งเนื้อเป็นเส้นลวดที่ทำมาจากเส้นลวดพิเศษ

1.2.2 เมื่อต่อเข้ากับเครื่องมือกระแสไฟฟ้าจะทำให้ห่วงลวดเกิดความร้อน ทำให้สามารถตัดติ่งเนื้อได้

1.2.3 มีด้ามจับเพื่อควบคุมการยืด-หดของห่วงลวดพร้อมมีช่องสำหรับต่อเข้ากับเครื่องมือ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ห่วงลวดตัดติ่งเนื้อเป็นเส้นลวดชนิดกลมและมีความยาวส่วนปลายจะมีลักษณะเป็นห่วงมีความกว้างไม่เกิน 27 มม. อีกด้านหนึ่งมีที่จับเพื่อควบคุมห่วงลวดตัดติ่งเนื้อ

1.3.2 ขนาดสาย , ความยาวและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์

อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วานิช ปิยนันตร์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/428 ลง 4 ก.ค.49

3 ก.ค.2549