

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 189/45 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6810-XX-256-4586

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สี้อมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจชนิด แอซิด ฟาสต์ (Acid – fast stain)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้ตรวจสอบเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis, M. kansasii, M. avium, and M. leprae)

ในชิ้นเนื้อตัวอย่าง หรือสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสี้อมสำเร็จรูปพร้อมใช้งานประกอบด้วย

1.2.1.1 Carbol – fuchsin

1.2.1.2 Decolorizing solution

1.2.1.3 Malachite green

1.2.2 จำนวนและขนาดบรรจุของสารในข้อ 1.2.1 จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับระบุวิธีใช้ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆตามความจำเป็น

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ศาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ศาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงอุดมศรี พจน์เจริญนันต์

รอง ผอ.กพร.สพธ.สพม./กรรมการ

(อุดมศรี พจน์เจริญนันต์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.ที่

กท 0446.13/194 ลง 29 มี.ค.45

...19..../...มี.ค..../...45....