

แบบการจัดทำร่างขอบเขตของงานในส่วนการจัดทำเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอ

บริษัท.....

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ 60				
1	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอประกวดราคาต้องมีฟังก์ชันการย้อมสีภาพเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือเส้นเลือดเพื่อตรวจหาภาวะเริ่มระยะเริ่มต้นได้	20			
	มีฟังก์ชันการย้อมสีภาพเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือเส้นเลือดเพื่อตรวจหาภาวะเริ่มระยะเริ่มต้นได้		20		
	ไม่มีฟังก์ชันการย้อมสีภาพเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือเส้นเลือดเพื่อตรวจหาภาวะเริ่มระยะเริ่มต้นได้		0		
2	ทิศทางการมองภาพ (Backward side viewing) มีระยะไม่น้อยกว่า 15 องศา เพื่อช่วยในการสังเกตลักษณะรายละเอียดของ papilla หรือความผิดปกติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	20			
	ทิศทางการมองภาพ (Backward side viewing) มีระยะไม่น้อยกว่า 15 องศา		20		
	ทิศทางการมองภาพ (Backward side viewing) มีระยะน้อยกว่า 15 องศา		0		
3	การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof Connector เพื่อความสะดวกในการใช้งานและทำความสะอาดและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับตัวกล้องจากการสัมผัสของเหลว	20			
	การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof Connector		20		
	การต่อใช้งานกับเครื่องไม่มีลักษณะเป็น Waterproof Connector		0		
4	มีระบบลีดลวดนำทางสายฉีดสี (guidewire) ไม่ต่ำกว่า 2 แบบ เพื่อความสะดวกในการลีดลวดนำทางสายฉีดสีและการเปลี่ยนอุปกรณ์ทำหัตถการ	20			
	มีระบบลีดลวดนำทางสายฉีดสี (guidewire) ไม่ต่ำกว่า 2 แบบ		20		
	มีระบบลีดลวดนำทางสายฉีดสี (guidewire) ต่ำกว่า 2 แบบ		0		

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
5	บริษัทที่เสนอประกวดราคาต้องมีศูนย์ซ่อมภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชันปี 2015 เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล	20			
	บริษัทที่เสนอประกวดราคามีศูนย์ซ่อมภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชันปี 2015		20		
	บริษัทที่เสนอประกวดราคาไม่มีศูนย์ซ่อมภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชันปี 2015		0		
	คะแนนรวม	100			

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

พ.อ.....ประธานคณะกรรมการ

(รัฐสุรงค์ ภูวนาวรรณกิจดี)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ

(ณัฏฐา ตั้งกุลบริบูรณ์)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ

(นิตยา สุตาจันทร์)