

คุณลักษณะเฉพาะ สล.สาย พ.ที่ 392/33

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เข็มเย็บแผลชนิดและขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ

โหล

อนุมัติ ผบ.ทบ. ก๊อปปี้ให้ กบ.ทบ.
ทกท.0104/ 6461 ลง 10 มี.ย. 34

(ลงชื่อ)

(

(ตำแหน่ง)

คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับใช้เย็บแผล

1.2 ลักษณะเฉพาะ เป็นเข็มเย็บแผลชนิดและขนาดต่าง ๆ ตามที่จะกำหนดในการจัดซื้อเป็นครั้งคราว
ดังต่อไปนี้

1.2.1 เข็มเย็บแผลโค้งครึ่งวงกลมปลายกลม

- Mayo catgut $\frac{1}{2}$ circle round edge style
- Stainless steel, corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

1.2.2 เข็มเย็บแผลโค้งครึ่งวงกลมปลายตัด

- Uterine $\frac{3}{4}$ circle triangular style
- Stainless steel, corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

1.2.3 เข็มเย็บแผลโค้งครึ่งวงกลมปลายสามเหลี่ยม

- Intestinal $\frac{1}{2}$ circle reverse cutting style
- Stainless steel, Corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

1.2.4 เข็มเย็บแผลโค้ง 3 / 8 วงกลม ปลายกลม

- Surgeons Regular $\frac{3}{8}$ circle round edge style
- Stainless steel, Corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

1.2.5 เข็มเย็บแผลโค้ง 3 / 8 วงกลม ปลายตัด

- Surgeons Regular $\frac{3}{8}$ circle triangular style
- Stainless steel, Corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

1.2.6 เข็มเย็บแผลโค้ง 3 / 8 วงกลม ปลายสามเหลี่ยม

- Surgeons Regular $\frac{3}{8}$ - circle reverse cutting style
- Stainless steel, Corrosion resistant
- Sterilized by irradiation

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุเป็นแพ็คเกจ 6 เล่ม หรือ 12 เล่ม

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ -

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแคตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

วอ. ๑๑

..ประธานกรรมการ

วอ. ๑๒

..กรรมการ

วอ.

...กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ

วอ. ๑

วอ. ๑๑

.....ประธานกรรมการ

วอ. ๑๑

.....กรรมการ

วอ. ๑๑

.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.

ที่กท.0404/ 6461 ลง 10 ต.ค. 34

(ลงชื่อ) _____

(_____)

(ตำแหน่ง) _____