

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 026/50

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510-XX-247-0409

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สำลีปั่นก้อนชนิดปราศจากเชื้อ (Sterile Cotton Ball)

หน่วยนับ ชอง

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับทำความสะอาดแผล ซับโลหิตหรือน้ำยา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาวปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีกลิ่น

1.2.2 สามารถดูดซับโลหิตหรือน้ำยาได้ดี

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสำลีลักษณะเป็นก้อนทรงกลม ขนาด 0.35 กรัม

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 บรรจุชองละ 2-30 ก้อน/ชอง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อปราศจากเชื้อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อหรือ Sterile แล้ว

3.3 ผลิตจากสำลีที่มีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม มอก.182-2545

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สุภาวดี จงศิริ  
(สุภาวดี จงศิริ)

หน.แผนกเวชบริรักษ์กลาง รพ.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

20 มี.ค.2550

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.**

(ลงชื่อ) พล.ต.นฤดล ประภาวัต  
(นฤดล ประภาวัต)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์  
(เกษม ภิญโญชนม์)

ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ชุมพล เหมือนกรุด  
(ชุมพล เหมือนกรุด)

หน.ร.ร.กบ.ทบ.ชรก.กบ.ทบ./กรรมการ

29 มี.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กทบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/4136 ลง 26 เม.ย.50