

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 355/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1407

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฝาครอบตา (Eye shield)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับครอบตาผู้ป่วยทางจักษุกรรมเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกคุณภาพดี ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ มีน้ำหนักเบา

1.2.2 มีลักษณะเป็นรูปวงรี บริเวณกลางที่ครอบตาจะเป็นรูโปร่งจำนวนมาก เพื่อช่วยในการมองเห็น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สามารถใช้ได้ทั้งตาข้างซ้ายและข้างขวา

1.3.2 สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ สะอาดและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์

พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุฯ รพ.ร.ร.6/

(เปรมวดี ฐานพงษ์)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

24 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/994 ลง 4 พ.ย.48