

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 321/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1373

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดูดสารคัดหลั่งพร้อมหัวต่อ
(Tubing and Suction Handle)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นสายดูดสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยไปสู่ภาชนะรองรับพร้อมหัวต่อ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากสารสังเคราะห์ ลักษณะสีขาวใสมีความยืดหยุ่นสูง

1.2.2 มีหัวต่อพลาสติกที่ปลายสายมีคุณสมบัติพิเศษ (Maxi-grip) สามารถต่อเข้ากับหัวดูดหลายชนิดได้พอดี

1.2.3 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.3.1 สายดูดสารคัดหลั่ง 1 เส้น

1.2.3.2 หัวดูดสารคัดหลั่ง 1 อัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายดูดสารคัดหลั่งมีหลายขนาดและความยาวสามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 หัวดูดสารคัดหลั่งมีหลายชนิดให้เลือก ดังนี้

1.3.2.1 แบบ Poole มีรูรอบหัวดูด สำหรับการผ่าตัดช่องท้อง

1.3.2.2 แบบ Frazier มีรูเปิดที่ด้ามจับหัวต่อ เพื่อควบคุมแรงดูด ใช้สำหรับการผ่าตัดเล็ก

1.3.2.3 แบบ Yankauer ชนิด Bulbous Tip หรือ Straight Tip สำหรับผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือผ่าตัด
ศัลยกรรมทั่วไป

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/975 ลง 1 พ.ย.48

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้