

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 368/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2493

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์รับสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ใหญ่ (Colostomy Bag)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รองรับสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยทำ Colostomy

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีน้ำหนักเบา สามารถบรรจุของเหลวได้ ไม่รั่วซึม

1.3.2 สามารถเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้ดี

1.3.3 สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้

1.3.4 ขนาดถุงจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท. หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์ หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

15 มิ.ย.48

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/550 ลง 15 มิ.ย.48