

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 367/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2492

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นแป้นสำหรับปิดผิวหนังรอบทวารเทียม (Colostomy Flange)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับปิดผิวหนังรอบทวารเทียมเพื่อป้องกันการระคายเคือง และช่วยป้องกันไม่ให้ของเสียรั่วซึม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำจากวัสดุคุณภาพดี ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

1.3.2 สามารถยึดติดผิวหนังได้ดี

1.3.3 มีวงสำหรับครอบอุ้งบรรจุสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ใหญ่ และมีช่องเจาะตรงกลางแผ่น

1.3.4 แบบและขนาดของแผ่นแป้นจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท. หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์ หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

15 มิ.ย.48

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/550 ลง 15 มิ.ย.48