

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 488/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-255-4356

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในทางเดินหายใจ (Breathing Filter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นตลับพลาสติกกลมใส มีปลายท่อ 2 ข้าง เพื่อต่อกับวงจรช่วยหายใจ หรือดมยาสลบ
- 1.1.2 ภายในบรรจุใยสังเคราะห์โพลีเมอร์ 2 ชนิด ใช้ในการกรองและป้องกันเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ
- 1.1.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อกับวงจรดมยาสลบ หรืออุปกรณ์การหายใจ สามารถกรองแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อวัณโรค และเอชไอวี เป็นต้น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.3.1 มีประสิทธิภาพสูงในการกรองเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
- 1.3.2 ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ว่าสามารถกรองและป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี สุกโคโมโนสอเรียส เป็นต้น
- 1.3.3 เป็นไฮโดรโฟบิก ฟิลเตอร์ ทำงานได้ดีแม้ในความชื้นสัมพัทธ์ 98% นานกว่า 24 ชม.
- 1.3.4 มีระบบป้องกันการอุดตันของน้ำ เมื่อตัวกรองเปียกชื้น อากาศสามารถผ่านได้

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ได้มาตรฐาน ISO 9001 , EN 46001 และ HEALTH MARK

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ มทบ.11./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท. สุรเดช จารูจินดา อจ.ภสส.ภส.วพม../กรรมการ
(สุรเดช จารูจินดา)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 482 ลง 20 ส.ค.44