

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 173/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2688

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Breathing Circuit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องดมยาสลบ หรือชุดท่อช่วยหายใจ ใช้งานได้ครั้งเดียว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถโค้งงอได้ ไม่หักพับ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 ท่อพลาสติก มีลอนคลื่นตลอดเส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

1.3.2 มีข้อต่อเป็นลักษณะตัววาย (Y-Piece) หรือข้อต่อแบบอื่นๆ ประกอบในชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดความยาวของท่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตภูมิ เอื้ออำนวย
(จิตภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง ศรีธนา ชมรัตน์
(ศรีธนา ชมรัตน์)

พยาบาล รพ.ร.6/ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

22 ธ.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/1499 ลง 22 ธ.ค.51