

คุณลักษณะเฉพาะสป.สายพ.ที่ 382/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2158

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบหนีอกล่องเสียง
(Laryngeal Mask)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบหนีอกล่องเสียงเพื่อใช้เปิดทางเดินหายใจให้โล่งหรือช่วยหายใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวท่อทำด้วยวัสดุPVC ชนิด medical grade หรือsilicone หรือดีกว่า

1.2.2 รอบปลายท่อด้านที่ครอบหนีอกล่องเสียงมีลูกโป่ง (cuff) ผิวเรียบและอ่อนนุ่มและเป็นชนิดแรงดันต่ำ (low pressure)

1.2.3 มีข้อต่อเป็นมาตรฐานสากล ขนาด 15 mm. สามารถต่อ กับ อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ หรือ เครื่องคอมยารஸบ์ได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อกลวงปลายด้านที่ครอบหนีอกล่องเสียงนานออกแบบเป็นรูปวงรี ท่อ มีความโค้งงอตามลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินหายใจจับบิดได้ แต่ไม่พับงอ

1.3.2 ปลายท่อโดยรอบด้านที่ครอบหนีอกล่องเสียงและหลอดลมมีลูกโป่ง (cuff) ช่วยให้ท่อแนบสนิทกับทางเดินหายใจ

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุ 1 ชิ้นต่อซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنก์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประسنก์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.นพดล ชั้นศิริเกย์ รอง ผอ.กવญ.รพ.รร.6/
(นพดล ชั้นศิริเกย์) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

31 ส.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/675 ลง 4 ก.ย.50