

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 173/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-2969

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน
(Cuvette for Hemoglobin Analyser)

หน่วยนับ ชิ้น/ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รองรับโลหิต และสอดใส่เข้าเครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน เพื่อวัดค่าปริมาณฮีโมโกลบิน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตรวจโดยใช้โลหิตจากปลายนิ้วไม่เกิน 10 ไมโครลิตร

1.2.2 ใช้กับเครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.2.2.1 สามารถอ่านค่าฮีโมโกลบินภายในเวลา 5 วินาที

1.2.2.2 สามารถรายงานผลเป็นกรัมต่อเดซิลิตร และบอกค่า Hct เป็นเปอร์เซ็นต์ ในหน้าจอเดียวกัน

1.2.2.3 สามารถตรวจปริมาณฮีโมโกลบินตั้งแต่ 0 – 25.5 กรัมต่อเดซิลิตร

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติก มีด้ามจับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

1.3.2 สำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องมีเครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน บริการให้แก่หน่วยงานที่ซื้อ ตลอดระยะเวลาที่จำหน่ายแผ่นตรวจ

3.2 มีเอกสารกำกับระเบียบการใช้ และวิธีเก็บรักษา

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งของ

3.4 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ที่ภาชนะบรรจุ

3.5 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ติดาต้า และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เขียมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เขียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) ร.ต.ปริญญา นุกุลกิจ

ประจำแผนก สพธ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ปริญญา นุกุลกิจ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/38 ลง 19 ม.ค.53