

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 242/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-1294

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปกาตรวจสอบทางเคมีแบบภายนอกสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ
(Indicator For Gas)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน สำหรับปิดผนึกภายนอกหีบห่อและบ่งชี้เมื่อการสัมผัสกับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเทปกาที่มีการพิมพ์หมึกเคมีตลอดความยาวของตัวเทป

1.2.2 อ่านผลการตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงแถบสีของสารเคมีที่อยู่บนเทปได้ชัดเจน

1.2.3 การเปลี่ยนแปลงสีที่สมบูรณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมึกเคมี เมื่อสัมผัสกับปัจจัยที่มีผลต่อการอบฆ่าเชื้อที่เหมาะสมและสมบูรณ์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ความหนาของเทปเหนียว ไม่บาง ทำให้มีการยึดติดที่ดีไม่หลุดออกง่ายในระหว่างกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.3.2 สามารถติดกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก และภาชนะบรรจุเครื่องมือ

1.3.3 สามารถลอกเทปกาออกจากห่อเครื่องมือได้ง่าย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ
(ปทุมมา จงศิริ)

หน.แผนกเวชปริทัศน์กลาง รพ.ร.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

18 ต.ค.2548