

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องมือและกระดูกแบบสับเปลี่ยนได้ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ

ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการและกระดูกคนไข้ทางออร์โธปิดิกส์ ประกอบด้วย
ด้วยส่วสำหรับและกระดูกขนาดและแบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือกระดูกส่วนแขนและข้อ
เครื่องมือทุกชิ้นสามารถสับเปลี่ยนกันได้กับด้ามจับอันเดียวกัน แบบควิลดัดปดั่ง ทำด้วยโลหะ
ชนิดไม่เกิดสนิมหรือบางส่วทำด้วยอินเทิล

1.2 ลักษณะเฉพาะ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย.-

1.2.1. Handle with quick coupling, Synthetic Handle	1 Unit
1.2.2 Cancellous Bone Impactor, 6 mm.dia. round	1 unit
1.2.3 Cancellous Bone Impactor, 6 mm.dia. flat	1 Unit
1.2.4 Cancellous Bone Impactor, 8 mm.dia.	1 Unit
1.2.5 Cancellous Bone Impactor, 6 x 16 mm.	1 Unit
1.2.6 Cancellous Bone Impactor, 10 x 20 mm.	1 Unit
1.2.7 Cancellous Bone Impactor, 10 x 30 mm.	1 Unit
1.2.8 Gouge,width 10 mm. curved	1 Unit
1.2.9 Gouge,width 15 mm. curved	1 Unit
1.2.10 Chisel,width 16 mm. straight	1 Unit
Additional:-	
1.2.11 Gouge, width 5 mm. straight	1 Unit
1.2.12 Gouge, width 10 mm. straight	1 Unit
1.2.13 Gouge, width 15 mm. straight	1 Unit
1.2.14 Gouge, width 5 mm. curved	1 Unit
1.2.15 Rasp, round	1 Unit
1.2.16 Rasp, half-round	1 Unit
1.2.17 Chisel, width 16 mm. curved	1 Unit
1.2.18 Chisel, width 4 mm. straight	1 Unit
1.2.19 Chisel, width 8 mm. straight	1 Unit
1.2.20 Chisel, width 20 mm. straight	1 Unit

2. การบรรจุหินฟอส เครื่องมือทั้งหมดบรรจุในกล่องอลูมิเนียม เจาะ เป็นรูทูล ขนาดกล่องไม่ต่ำกว่า 310 x 125 x 65 มม. พร้อมภาคละเอียดชนิดไม่เกิดสนิม 2 ใบ สามารถ อบ นึ่ง เพื่อฆ่าเชื้อโรค ได้ และบรรจุในฟอสที่มีคงแข็งแรง เคลือบด้วยได้สะดวกขึ้นหนึ่ง
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ -
4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบความคงลักษณะเฉพาะ รูป แบบ แคลตาออก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. ตาม พ. ของ ทบ.

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ