

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องปั่นยี่มาโตกริท

หน่วยนับ

เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องปั่นสำหรับอ่านค่าเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเลือด ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.2 ลักษณะเฉพาะ

- 1.2.1 โครงเครื่องทำด้วยโลหะมีความคงทนแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 1.2.2 มีความเร็วในการปั่นตกตะกอนสูงกว่า 10000 รอบต่อนาที
- 1.2.3 สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้อย่างน้อยถึง 15 นาที และเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้
- 1.2.4 การอ่านค่าเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง อ่านจากหัวบันในเครื่อง หรืออ่านจากเครื่องอ่านผลนอกเครื่องซึ่งมีให้ในชุด
- 1.2.5 มีระบบเบรคเพื่อช่วยให้หยุดหัวบันได้เร็วขึ้น
- 1.2.6 สามารถใช้กับหลอดปั่น Capillary tubes ได้พร้อมกันครั้งละ 20 หลอด หรือมากกว่า

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 3 ชุด

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแก้ตาบล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ๒๒.

ประธานกรรมการ

พ.อ. ๑๗๓๓๓๓

กรรมการ

พ.อ. ๑๒๓๓๓๓

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ

พ.อ. ๑๒๓๓๓๓

ประธานกรรมการ

พ.อ. ๑๒๓๓๓๓

กรรมการ

พ.อ. ๑๒๓๓๓๓

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ฉบับนี้ให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก กบ.ทบ.

ที่กท.0404/12901 ลง ๒๕ ต.ค. ๖๓

(ลงชื่อ)

(ตำแหน่ง)