

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 035/49

หมายเลขถึงอุปกรณ์ 6530-XX-247-0353

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก
(Hydraulic Stretcher)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องรพ. และหอผู้ป่วยวิกฤต
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเตียงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ มีแกนไฮดรอลิกเป็นแบบแกนคู่

1.2.2 สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ ดังนี้

1.2.2.1 ปรับระดับความสูงของเตียงขึ้นสูงสุดได้ 90 เซนติเมตรหรือสูงกว่าและปรับระดับให้ต่ำลง
มาได้ถึง 65 เซนติเมตรหรือต่ำกว่า

1.2.2.2 ปรับท่าศีรษะต่ำได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.2.3 ปรับท่าศีรษะสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.2.4 ปรับท่ายกเข่าสูงได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

1.2.2.5 ปรับพนักพิงสูงได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยใช้ระบบแก๊สสปริง

1.2.3 ล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร มีระบบเบรกติดตั้งทั้ง 4 ล้อ สามารถล็อกได้
พร้อมกันเมื่อกดล็อกที่ล้อใดล้อหนึ่ง

1.2.4 มียางกันกระแทกที่มุมทั้ง 4 จุด รอบเตียง

1.2.5 พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทำด้วยเหล็กเคลือบสีหรือเหล็กเคลือบสารgalvanized หรือโลหะชนิด
อื่นที่ดีกว่า

1.2.6 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 170 กก.

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิก แบบใช้เท้าเหยียบขนาดกว้างxยาว
ไม่น้อยกว่า 80x200 เซนติเมตร

1.3.2 มีแป้นเหยียบสำหรับปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงอยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของเตียง

1.3.3 มีราวกันเตียง 2 อัน ความยาวตลอดเตียง เป็นแบบเหล็กเคลือบสีหรือโลหะชนิดอื่นที่ดีกว่า
ซึ่งสามารถพับเก็บได้

1.3.4 มีที่เสียบเสาน้ำเกลือได้ไม่น้อยกว่า 4 จุดรอบเตียง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีที่ร่อนนอนขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
- 3.2 ที่ฐานล้อใต้เตียงมีที่วางถังออกซิเจนได้อย่างน้อย 1 ถัง
- 3.3 มีฐานครอบปิดที่ฐานเตียงเพื่อป้องกันฝุ่นทำจากพลาสติก
- 3.4 มีเสาแขวนน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลส ชนิด 2 แขน , 4 แขน อย่างละ 1 อัน
- 3.5 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.6 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด(ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.7 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกิดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง (ประสงค์ ล้อมทอง)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ (ปรีชา อนันตะ)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง ศรีณยา ชมรัตน์ (ศรีณยา ชมรัตน์)	พยาบาล รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

5 ก.ย.2549

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.อนนต์ นอบไทย (อนนต์ นอบไทย)	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุราภิรักษ์ (ธนา สุราภิรักษ์)	ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท.ณ กานต์ กลัดสวัสดิ์ (ณ กานต์ กลัดสวัสดิ์)	หน.กบ.ทบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/11745 ลง 8 ธ.ค.49

12 ก.ย.2549