

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 420/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3422

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดพลาสติก  
(Plastic Biliary Stent)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ขยายและระบายน้ำดี บริเวณที่ตีบตัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ท่อที่เป็นแบบ Double Pigtail ทำจากวัสดุผสมพิเศษชนิด C-Flex

1.2.2 ท่อที่เป็นแบบ Centre Bend และ Duodenal Bend ทำจาก Polyethylene

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะกลม ยาว มีเงี่ยงที่ปลายทั้งสองข้าง และมีรูกลวงตลอดความยาวเพื่อระบายน้ำดี

1.3.1 มีขีดที่บ่งชี้ที่ปลาย สามารถมองเห็นได้จากการเอ็กซเรย์ ทำให้สามารถวาง Stent ได้อย่างแม่นยำ

1.3.2 ใช้ร่วมกับชุดสายส่งท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก และลวดนำทางขนาด 0.035" ได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 แบบและขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจริมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

พ.ท..... อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( อีรนนท์ สรรพจิต )

13 ต.ค. 2554

