

คุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 121/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสายส่งท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดใช้กับลวดนำทางขนาดสั้น
(Biliary Introducer Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับช่วยใส่ท่อขยายทางเดินน้ำดีบริเวณที่ตีตัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยสายด้านในสำหรับประกอบเข้ากับตัว Stent และสายด้านนอกสำหรับส่ง Stent เข้าสู่ท่อน้ำดี

1.2.2 สายส่ง (Push Catheter) ผลิตจาก Polyethylene ใช้เป็นสายนำท่อระบายน้ำดีชนิด Plastic เข้าสู่ท่อน้ำดี

1.2.3 ส่วนปลายของชุดสายส่งท่อขยายทางเดินน้ำดีมีขีดที่บ่งชี้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ X-ray

1.2.4 มีปุ่มสำหรับล็อก เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของ Stent

1.2.5 สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 260 ซม. ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3.2 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สามารถใช้งานได้ทันที บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ห่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ. ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ. อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วานิช ปิยนิรันดร์)

4 พ.ค. 2554

