

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 045/49

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0363

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเลือดเทียม (Vascular Graft)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นหลอดเลือดเทียมใช้แทนหลอดเลือดผู้ป่วยในรายที่ทำผ่าตัดตัดต่อหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ประเภท Polytetrafluoroethylene หรือจากสารสังเคราะห์ Polyester หรือใช้วัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยเป็นสารที่ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาต่อต้าน

1.2.2 มีแถบสี หรือ Marker บนหลอดเลือดเทียม

1.2.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุในซองปิดสนิท

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หลอดเลือดเทียมมีลักษณะเป็นท่อโดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น แบบเส้นตรง แบบเส้นแยกหรือรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง เพื่อสะดวกในการใช้งาน

2.2 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณดี ลือสุทธีวิบูลย์
(วรรณดี ลือสุทธีวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

5 ก.ย.2549

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.อนนต์ นอบไทย
(อนนต์ นอบไทย)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุราภิรักษ์
(ธนา สุราภิรักษ์)

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ณ กานต์ กลัดสวัสดิ์
(ณ กานต์ กลัดสวัสดิ์)

หน.กบ.ทบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯกบ.ทบ.
ที่ต่อ กห 0404/12156 ลง 25 ธ.ค.49

12 ก.ย.2549