

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 014/52

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-0545

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำแบบยืน อุณหภูมิ -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส
(Upright Ultra Low Temperature Freezer , -20°C to -40°C)

หน่วยนับ ตู้

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาในการเก็บรักษาชีวสารหรือตัวอย่างสิ่งส่งตรวจต่างๆ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวตู้ภายในออกแบบทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิมหรือโลหะปลอกสนิม หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ภายในทำด้วยพลาสติกทนความเย็น หรือโลหะปลอกสนิม หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 ระบบบันวนของตู้เป็นโพลียูรีเทนโฟมชนิด CFC-Free หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.4 มีชั้นวางของภายในตู้จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้น พื้นผิวเคลือบเรียบ ทำความสะอาดได้สะดวก ตัวตู้มีขนาดกว้างและสูงเพียงพอสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ สามารถจัดเก็บตู้เย็นได้ในช่องตู้เย็นที่มีความกว้างและสูงเพียงพอ

1.2.5 ระบบทำความเย็นเป็นแบบมีท่อทำความเย็นอยู่ด้านล่างของเตาและชั้นวางของ

1.2.6 สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ณ ระดับต่างๆ ได้ในช่วง -20 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

1.2.7 มีหน้าปัดแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display)

1.2.8 มีระบบละลายน้ำแข็งเป็นแบบ Manual Defrost หรือระบบอื่นที่ดีกว่า

1.2.9 มีระบบปรับกระแสไฟฟ้าให้คงที่และระบบป้องกันไฟกระชากติดตั้งภายในหรือนอกตัวเครื่อง และช่วยตัดการทำงานของเครื่องในกรณีที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า

1.2.10 มีสัญญาณเตือนเป็นแสงและเสียง ในกรณีดังนี้

1.2.10.1 กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

1.2.10.2 กรณีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

1.2.10.3 Back Up Battery มีปัญหา

1.2.11 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ Microprocessor หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.12 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำแบบยืน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้มีคุณลักษณะดังนี้

1.3.1 มีความจุไม่น้อยกว่า 17 ลิตร

/1.3.2 มีประตู.....

1.3.2 มีประตู เปิด-ปิดเป็นแบบทึบไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ละบานสามารถล็อกได้

1.3.3 มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถูกของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก๊ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ เอื้ออำนวย
(ธิติกุมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ปกรณ์ จิโรวนันกุลกิจ
(ปกรณ์ จิโรวนันกุลกิจ)

นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.รร.6

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

4 ก.พ.2552

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มาโนชญ์ จันทรศร
(มาโนชญ์ จันทรศร)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อัชญา เจียมอ่อน
(อัชญา เจียมอ่อน)

ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมาต์ พบ.ทบ.ท้ายฉบับที่กฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/2045 ลง 26 ก.พ.52

13 ก.พ.2552