

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 374/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-255-4151
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อสวนทางเข้าช่องท้องแบบ Tenckhoff
(Tenckhoff peritoneal catheter)
หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสายสวนแบบ Tenckhoff ทำด้วยพลาสติกอ่อน (silicone) ปลายเปิดทั้งสองด้าน ปลายด้านหนึ่งมีรูขนาดเล็กที่ผนังจำนวนมาก สำหรับถ่ายเทน้ำยาให้เข้าออกได้สะดวก
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สวนทางเข้าช่องท้องของผู้ป่วย เพื่อนำน้ำยาล้างไตใส่เข้า-ออกจากช่องท้อง ในการรักษาภาวะไตวายด้วยวิธีล้างช่องท้อง (peritoneal dialysis)
- 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
- 1.3.1 มีความยาวตั้งแต่ 20 –65 เซนติเมตร
- 1.3.2 ปลายสายสวนด้านที่ใส่เข้าช่องท้องมีลักษณะโค้งรูปก้นหอย (curled) หรือมีลักษณะตรง (straight) บนสายมีปลอกใยสังเคราะห์ (cuff) ซึ่งช่วยในการสร้างผังผืดและ granulation tissue เพื่อตรึงสายไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งเดิม จำนวน 1 – 2 ตำแหน่ง
- 1.3.3 ปลายสายด้านนอกช่องท้องสามารถสวมกับข้อต่อเพื่อต่อกับสายจากถุงน้ำยาล้างช่องท้อง
- 1.3.4 มี radiopaque strip

2. การบรรจุและหีบห่อ

- 2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 2.2 มีข้อความระบุว่าทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.ไชยยา สุขขา นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการ
(ไชยยา สุขขา)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
อนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 226 ลง 9 เม.ย.44

...5...../...เม.ย...../...44.....