

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ. ที่ พบ. 004/42

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-2615
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคปซูลฟิวเตอร์ (Capsule filter)
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 ลักษณะภายนอกเป็นแคปซูลพลาสติกทำด้วย polypropylene มีท่อ 2 ท่อ สำหรับน้ำเข้า และ น้ำออก ปลายท่อน้ำเข้ามีลักษณะเป็นเกลียวตัวผู้สามารถต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ได้
- 1.1.2 ตัวกรองเป็นแผ่นเมมเบรน เซลลูโลส อะซิเตด 2 ชั้น มีขนาดรูกรองชั้นในไม่เกิน 0.45 ไมครอน และชั้นนอกไม่เกิน 0.2 ไมครอน
- 1.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ
- 1.1.4 การบรรจุเพื่อการใช้งาน ของละ 1 อัน มีข้อความระบุทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้กรองตะกอนละเอียดขนาดเล็กและเชื้อจุลินทรีย์ เป็นอุปกรณ์ต่อกับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ สำหรับงานในห้องปฏิบัติการ
- 1.2.2 ให้การกรองที่ปราศจากเชื้อ (sterile filtration) ในช่วง 5 - 50 ลิตร

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

- 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุกล่องละ 50 อัน
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิงดวงพร พูลสุขสมบัติ หน.ชีวเคมี กวค. สวพท.พบ./กรรมการ
(ดวงพร พูลสุขสมบัติ)

2/ก.ย./42

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 411 ลง 13 ก.ย.42