

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 468/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6830-XX-247-1520

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์  
( Nitrous Oxide Gas for Medical use )

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้ร่วมในการดมยาสลบ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) =  $N_2O$  น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 44

1.2.3 มีจุดเดือดที่  $-88.5$  องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ชนิดบรรจุในท่อก๊าซทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม (มอก.)


1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในท่อดีและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.


3. ข้อกำหนดอื่นๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( ปรีชา อนันตะ )

พ.ท.หญิง..........หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/18..... ลง.11 มี.ค.49