

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 327/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3328

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มสำหรับการฝังเข็ม

(Acupuncture Needle)

หน่วยนับ

กล่อง/อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับฝังผ่านผิวหนังเข้าไปยังตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย เพื่อรักษาโรคต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วย Stainless Steel ส่วนด้ามจับทำจากหลอดทองแดงพันเกลียว

1.2.2 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม มีลักษณะปลายแหลม และมีด้ามจับ

1.3.2 ด้ามจับมีทั้งแบบชุบเงินและแบบไม่ชุบเงิน

1.3.3 มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร

1.3.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.12 มิลลิเมตร

1.3.5 มีรูปแบบการบรรจุหลายรูปแบบ เช่น บรรจุในบล็อก และ/หรือบรรจุในแผง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 แบบของด้ามจับ, ขนาดความยาว, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และรูปแบบการบรรจุ จะระบุในการจัดทำแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง..... ประจำ พบ.ช่วยราชการ รพ.ร.6

(พรณี นิรมิตภาษ)

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

4 พ.ค. 2554

