

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 259/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3744

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดดึงกระดูกขาภายนอกชนิดยึดติดกับผิวหนัง  
( Skin Traction Kit )

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับดึงกระดูกให้เข้าที่โดยใช้แรงดึงจากแถบยึดที่ติดกับผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้การดึงโดยใช้ความฝืดระหว่างผ้าเคลือบการชนิดยึดติดกับผิวหนังผู้ป่วย และถ่วงน้ำหนักที่ส่วนปลาย

1.2.2 สามารถรองรับการถ่วงน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 แผ่นฟองน้ำติดอยู่บนผ้าเคลือบการชนิดยึดได้

1.3.2 เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 260 เซนติเมตร ร้อยอยู่บนแผ่นพลาสติกอยู่ที่กึ่งกลางผ้าด้านยาว

1.3.3 มีผ้ายึดพันแผลอย่างน้อย 1 ม้วน

1.3.4 มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของผู้ป่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. .... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ. .... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสิทธิ์ บุตรงามดี )

พ.ต.หญิง ..... พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ร.6

( จิราพร ชื่นประดับ ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

15 ก.พ. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/...115... ลง 15 ก.พ. 54