

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 486/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3488

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเก็บเนื้อเยื่อในโพรงมดลูก
(Endometrial Biopsy Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับชุดหรือดูดชิ้นเนื้อหรือของเหลวในโพรงมดลูก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 อุปกรณ์สำหรับดูด เป็นกระบอกฉีดยาชนิดมีสปริงล็อก

1.2.2 ท่อ Cannula ทำจาก PVC

1.2.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 กระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี

1.3.2 ท่อ Cannula มีลักษณะกลวง ปลายท่อนมน และใกล้ปลายท่อมียรอยบากคม (Sharp Slot) สำหรับ
ชุดหรือดูด

1.3.3 ท่อมีขีด (Marking) บอกระยะได้ชัดเจน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแฉัดด้าล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ท.หญิง..... พน.หอผู้ป่วย รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(ศิริวรรณ มั่นสุข)

29 ก.ย. 2554

