

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ. ที่ 865/43

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-253-3350
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไชรินจิฉีดสารทึบรังสี (Opaque media loading syringe)
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (disposable)
- 1.1.2 สามารถใช้กับเครื่อง injector ได้
- 1.1.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ภาชนะ 1 อัน และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- 1.1.4 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 100 – 260 มล. ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้บรรจุสารทึบรังสีสำหรับฉีดด้วยเครื่อง injector เข้าไปในร่างกายในการตรวจหลอดเลือดทางรังสีกรรม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต. บัญชา มนูญญา นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการ
(บัญชา มนูญญา)