

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 715/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-3926
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครีมนำไฟฟ้าสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(Electrocardiographic cream)
หน่วยนับ กล่อง, ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นครีมทำหน้าที่เป็นสื่อทางไฟฟ้า ระหว่าง ขั้วนำไฟฟ้าของเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจกับ
ตัวผู้ป่วย
1.1.2 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้เป็นสื่อนำในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หน่วยมิใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ประจำ พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท. เกลิมเกียรติ ดันตระกูล
(เกลิมเกียรติ ดันตระกูล)

หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก รพ.ร.ร.6/กรรมการ

...13...../...ช.ค.../...43...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 792 ลง 26 ช.ค.43