

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 384/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1427

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัด จับ และแยกชิ้นเนื้อในการผ่าตัดด้วยกล้อง  
(Endoscopic Instrument)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตัด จับ เลาะ จี้เนื้อเยื่อหรือตัดเก็บชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจทางพยาธิของอวัยวะภายในการผ่าตัดด้วยกล้อง

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายของเครื่องมือแบบต่างๆผลิตจากโลหะปลอดสนิม

1.2.2 ก้านหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงและเพื่อป้องกันการสะท้อนของแสงภายใต้กล้อง

1.2.3 สามารถหมุนปรับได้ 360 องศา หรือชนิดหมุนไม่ได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ปลายปากมีหลายแบบให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีหลายขนาดและความยาวให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์  
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1029 ลง 15 พ.ย.48