

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 345/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1397

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเข็มดูดล้างเลนส์แก้วตา (Irrigation and Aspiration Tip)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดูดล้างเศษเลนส์แก้วตา (Lens Cortex) ในการผ่าตัดสลายต้อกระจก

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กสแตนเลส (Stainless steel) ส่วนโคนเป็นเกลียวต่อกับด้ามจับได้แน่นโดยไม่ทำให้ด้ามจับ  
ชำรุดเสียหาย

1.2.2 ด้านข้างปลายเข็มมีรู (Port) ขนาด 0.3 มม.

1.2.3 เป็นหัวเข็มชนิดตรง ปลายมนใช้ต่อกับด้ามจับสำหรับดูดล้างเลนส์แก้วตา

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใช้ร่วมกับด้ามจับของเครื่องสลายต้อกระจก

1.3.2 มีแถบสีบนหัวเข็มดูดสำหรับบอกขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 สามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ทั้งการนึ่งด้วยไอน้ำภายใต้ความดันหรืออบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์  
( เปรมวดี ฐานพงษ์ )

พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุฯ รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

24 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/994 ลง 4 พ.ย.48