

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 197/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3880

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ห่วงสำหรับถ่างขยายผนังหน้าท้อง  
(Wound Retractor)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับถ่างขยายแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องแบบ 360° เพื่อให้สามารถสอดมือเข้าไปทำการผ่าตัดภายในช่องท้องได้สะดวก

### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นห่วง 2 ห่วงที่เชื่อมต่อกันด้วยแผ่นพลาสติกคุณภาพสูง ทำจาก Polyurethane หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ห่วงวงกลมด้านบนทำจาก Polymer หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีลักษณะแข็ง สำหรับถ่างขยายแผลผ่าตัดให้กางออกเป็นวงกลม

1.2.3 ห่วงวงกลมด้านล่างทำจาก Polymer หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีความยืดหยุ่นสามารถใส่ผ่านแผลผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องได้

### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ห่วงสำหรับถ่างขยายผนังหน้าท้อง มีหลายขนาดให้เลือกใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานสากล

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

พ.ท..... ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( ชินกฤต บุญญอัคร )

21 มิ.ย 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/..... ลง 1 ก.ค. 56