

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 317/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2093

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ห่วงรัดดิ่งเนื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้  
(Endoloop)

หน่วยนับ กล่อง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับการรัดดิ่งเนื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้ โดยใช้งานผ่าน  
กล่องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ห่วงรัดดิ่งเนื้อทำจากไนลอนหรือวัสดุที่ดีกว่า

1.2.2 ใช้ร่วมกับสายจับห่วงและด้ามจับสายซึ่งออกแบบมาร่วมกัน

1.2.3 สามารถใช้งานร่วมกับกล่องส่องตรวจที่มีท่อใส่เครื่องมือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.8  
มม.

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ห่วงรัดดิ่งเนื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้ มีลักษณะเป็นวงกลมทำจากไนลอนใช้คู่กับสายจับห่วง  
และด้ามจับสายซึ่งออกแบบมาร่วมกัน

1.3.2 ขนาดสาย ความยาวจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุในกล่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์

หน.แผนกโรกระบบทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.6/

( วานิช ปิยนรินทร์ )

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/308 ลง 27 เม.ย.50

11 เม.ย.2550