

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 105/52 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-2620
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดพลาสติกฝ่าเกลียว
(Microtube with screw cap)
หน่วยนับ ถุง , กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ใส่สารละลายในห้องปฏิบัติการทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นหลอดทำด้วยพลาสติกโพลีไพริเพลน (polypropylene) มีฝาปิดแบบเกลียวภายในก้น หลอดกลมมีส่วนที่เป็นขาตึงทำให้สามารถถ่วงตัวได้

1.2.2 มีปะเก็นหรือไม่มี จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นหลอดพลาสติกที่มีฝาปิดแบบเกลียวภายในก้นหลอดกลมมีส่วนที่เป็นฐานสามารถถ่วงตัวได้

1.3.2 มีขนาดตัวตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร หรือขนาดอื่นๆ ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุเป็นถุงและกล่อง

2.2 จำนวนการบรรจุต่อถุงและกล่องจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเครื่องตัวล็อก และทดสอบใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ เอื้ออำนวย
(ธิติกุมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หนิง สุดาลักษณ์ ขัญญาหาร
(สุดาลักษณ์ ขัญญาหาร)

อจ.กศ.วพม. /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1266 ลง 10 ต.ค.51

3 ต.ค.2551