

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 798/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1849

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะเก็บไขกระดูกปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว  
(Sterile Disposable Bone Marrow Biopsy/Aspiration Needles)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเข็มเจาะเก็บไขกระดูก เพื่อการตรวจวินิจฉัยสภาพทางโลหิตวิทยา ,  
พยาธิวิทยาของผู้ป่วย

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เข็มเจาะไขกระดูกตัวเข็มทำมาจากวัสดุปลอดสนิม มีความหนา แข็งแรง

1.2.2 ตัวเข็มเป็นโลหะกลวง (thin wall) มีปลาย 2 ด้าน ปลายด้านหนึ่งตัดเป็นปลายแหลมรูเปิด (single  
bevel) ช่วยเจาะผ่านชั้นกระดูกแข็งได้ง่ายและแม่นยำ ปลายด้านหนึ่งตัดตรง

1.2.3 คัมเข็มมีลักษณะเป็นปีกสำหรับมือจับได้ถนัด

1.2.4 มีก้านลวดสำหรับสอดในรูเข็มเพื่อดันชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้องออกมา

1.2.5 สามารถใช้ร่วมกับกระบอกฉีดยามาตรฐานต่างๆ

1.2.6 เป็นอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียว

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เข็มเจาะน้ำไขกระดูก มีลักษณะโลหะกลวงทรงกระบอก มีปลาย 2 ด้าน ปลายด้านหนึ่งตัดเป็นปลาย  
แหลมรูเปิด มีก้านลวดสำหรับสอดในรูเข็ม อีกด้านหนึ่งติดกับกระบอกฉีดยา

1.3.2 ขนาดและความยาวของเข็มและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมีข้อความระบุว่าทำให้ปราศจากเชื้อ  
แล้ว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ปทุมมา จงศิริ  
( ปทุมมา จงศิริ )

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้