

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 188/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2983

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายเปลี่ยนสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง
(Replacement Gastrostomy Tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เปลี่ยนในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่สายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้องมาแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากซิลิโคน มีความยืดหยุ่น และคงรูป

1.2.2 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นสาย ส่วนปลายเป็นบอลูน มีตัวเลขบอกความยาวเป็นระยะ

1.3.2 บอลูนมีความจุไม่เกิน 20 cc.

1.3.3 มีช่องสำหรับให้ยา แยกจากช่องสำหรับให้อาหาร

1.3.4 ปลายของสายมีความเรียบมน ไม่ทำอันตรายต่อผนังกระเพาะอาหาร

1.3.5 มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 ถึง 24 Fr.

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดของสาย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตด้าลือก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนิรันดร์

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วานิช ปิยนิรันดร์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/284 ลง 22 มี.ค.53

22 มี.ค.2553