

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 067/57 (พบ.)
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3947
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดีชนิดหมุนปลายได้
 (Rotatable Sphincterotome)
 หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ และเครื่องจี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ตัวสายทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ช่อง (Lumen) สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสี และช่องของลวดตัด
- 1.2.2 มีด้ามจับที่ควบคุมการตัดพร้อมช่องต่อกันกับเครื่องจีอยู่ทางด้านข้าง
- 1.2.3 สามารถควบคุมการหมุนบริเวณปลายสุดของอุปกรณ์ได้ โดยการหมุนด้ามจับ
- 1.2.4 มีเส้นลวดสำหรับตัด (Cutting Wire) ความยาว 20 มม. และ 30 มม. อยู่บริเวณส่วนปลายของอุปกรณ์
- 1.2.5 ส่วนปลายสายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ X-ray
- 1.2.6 สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด 0.025 นิ้ว และ 0.035 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 260 ซม. ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นสายตัดรูเปิดท่อน้ำดีที่สามารถหมุนปลายได้ โดยส่วนปลายของอุปกรณ์ด้านหนึ่งมีเส้นลวดสำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี
- 1.3.2 มีขนาด 7 เฟรนซ์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือ 5.5 เฟรนซ์ หรือขนาดอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ขนาดของสาย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
 (ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
 (พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.ท..... อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
 (อีรนนท์ สรรพจิต)

15 ต.ค 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
 ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
 ที่ กพ 0446.13/..1218 ลง 16 ต.ค 56