

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 732/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1785

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดให้อาหารเหลว (Enteral Feeding Set)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดสำหรับให้อาหารเหลวแก่ผู้ป่วยโดยใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวถุงทำจากพลาสติก PVC ชนิด medical grade มีขีดและตัวเลขบอกปริมาตร

1.2.2 มีหูสำหรับแขวนและมีฝาปิดปากถุงเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

1.2.3 ที่สายให้อาหารมีอุปกรณ์ควบคุมการไหล (clamp) ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดให้อาหารเหลวชนิดใช้ครั้งเดียวซึ่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางได้

1.3.2 รูปแบบและขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์  
( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

5 เม.ย.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/235 ลง 7 เม.ย.49