

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 387/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

หน่วยนับ

เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร

เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.

ที่ กท.0404/16341

ลง 7 มี.ค. 35

(ส่งชื่อ) พ.อ.

(อ้อย อภิสิทธิ์)

(ตำแหน่ง) น.น. พ.น.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- 1.1.1 เป็นเครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหารและลำไส้มีล้อเลื่อนที่ไต่
- 1.1.2 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

2 ลักษณะเฉพาะ

- 1.2.1 ตัวปั๊มดูดเป็นแบบ Thermotic ซึ่งทำงานโดยการขยายตัวและหดตัวของอากาศภายใน cylinder ควบคุมการทำงานแบบ Solid state
 - 1.2.2 ปรับตั้งแรงดูดได้ 2 ขนาด คือ 90 มม.ปรอท และ 120 มม.ปรอท
 - 1.2.3 มีระบบป้องกันน้ำล้นขวด
 - 1.2.4 ขวดเก็บของเหลว (Collection bottle) มีขีดบอกปริมาตร และมีความจุไม่น้อยกว่า 2600 มล.
 - 1.2.5 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- รายละเอียดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

บรรจุหีบห่อ

บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

มีคู่มือการใช้งาน และซ่อมบำรุง 2 ชุด

4. วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ